

Број: 2018-69949/8

Датум: 23.05.2018. године

Предмет: Обавештење бр. 1

Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку која се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности, услуга баждарења алко-тест уређаја, број ЈН: 19/2018

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, дана 23.05.2018. године, путем mail-а стигло питање којим се тражи додатно разјашњење Конкурсне документације:

Питање бр. 1: „Калибрацију може да ради свако ко има калибрациони кључ од стране произвођача, обзиром да је наша фирма донела производ alsoquant 6020 произвођача Envitec на територију Србије пре 10 година, да је продала преко 800 јединица на територији Србије и да регуларно врши калибрацију а узевши у обзир да је друга фирма нови заступник Envitec за алкометар 6020 плус, нема разлога за нашим изузимањем на тендеру због недотатка Потврде од стране произвођача (потврду увек има само заступник) када ми имамо и техничка знања, обучени смо као и имамо приступ уређају ради калибрације (овлашћени кључ) за калибратор.?

Одговор бр. 1: Наручилац остаје при услову из Конкурсне документације наведеним у Одељку 4.3. тачка 3, на страни 6, да је Понуђач у обавези да достави копију документа (потврда, изјава, сертификат...) којим га произвођач EnviteC – Wismar GmbH овлашћује за сервисирање алко-тест уређаја AlcoQuant 6020, јер сходно Упутству за рад AlcoQuant 6020 уређаја, (испорученог уз уређај), приступ уређају ради калибрације, сервисирања и тестирања, могу да обаљају само овлашћени специјалисти од стране EnviteC – Wismar GmbH, а како је наведено у Одељку 3. Конкурсне документације, страна 4.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Владимир Цветковић