

Број: 2019-197605/7**Датум: 06.01.2020. године****ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1**

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга еталонирања манометара, Број ЈН: 360/2019

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-mail-a, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга еталонирања манометара, Број ЈН: 360/2019

Питање број 1:

Еталонирање манометара врше лабораторије које су акредитоване од стране АТС-а, па нас интересује зашто мора да буде контролно тело?


Одговор број 1: Контролно тело је специјализована служба Наручиоца ЈП „Пошта Србије“, с тим у вези контролу квалитета вршиће одговорно лице Наручиоца (Надзорни орган). Сачињава се Записник о пруженој услузи, који ће бити потписан од стране Одговорног лица Наручиоца (Надзорни орган) и овлашћеног представника Понуђача.

Питање број 2: Као додатни услов сте навели да понуђач мора да достави важећи сертификат о акредитацији према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, па нас интересује да ли је прихватљив и сертификат о акредитацији по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 који је још важећи (ми прелазимо на 17025:2017 у току прве половине 2020.године)?

Одговор број 2: Уколико је сертификат SRPS ISO/IEC 17025:2006 важећи све време трајања уговора, Наручилац ће исти прихватити, с тим што је Понуђач у обавези да у складу са чланом 5. став 3, Модела уговора из одељка 7. Конкурсне документације, за све еталониране манометре након завршеног еталонирања, изда одговарајућа Уверења о еталонирању према важећем стандарду.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ЗАМЕНИК ЧЛАНА КОМИСИЈЕ**Светлана Жунић Браковић**